

	महाराष्ट्र शासन गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - ४०० ००९	 75 Azadi Ka Amrit Mahotsa
दूरध्वनी क्र.(०२२) २२६२१४६४ (email:-gthospital@rediffmail.com) फॅक्स क्र.(०२२) २२६३०५५३		

क्र.गोतेरुमुं/SK/DR System/Monitor/२०२६-२७/३६०४ /२०२६

दि.०७/०८/२०२६

दरपत्रक सूचना

विषय: गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई येथील क्ष-किरणशास्त्र विभागातील Digital Radiography system करीता नवीन Monitor खरेदी करण्याबाबत...

गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई येथील क्ष-किरण विभागामध्ये वापरात असलेल्या Digital Radiography system करीता नवीन Monitor (सोबत विनिर्दिष्टे जोडण्यात आली आहेत) खरेदी करण्याकरीता अधिष्ठाता, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई हे संबंधित क्षेत्रातील पुरवठादार/उत्पादक कंपन्यांकडून ०२ लिफाफा स्वरूपात दरपत्रके मागवित आहेत (तांत्रिक लिफाफा व व्यापारी लिफाफा). ईच्छुक पुरवठादार/उत्पादक कंपन्यांनी सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात दि.०८ ऑगस्ट, २०२६ ते दि.१७ ऑगस्ट, २०२६ (सायंकाळी ०५.०० वाजेपर्यंत) या कालावधीमध्ये गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई यांच्या प्रशासकीय कार्यालयामध्ये दरपत्रके (०२ लिफाफा स्वरूपात) सादर करावीत.

अटी व शर्ती

१. लिफाफ्यावर अग्रस्थानी दरपत्रक सूचना क्र. गोतेरुमुं/SK/DR System/Monitor/२०२६-२७/३६०४ /२०२६, दि.०७ ऑगस्ट, २०२६ असे ठळक अक्षरात नमूद करावे.
२. मोहोरबंद लिफाफ्यांमधील तांत्रिक लिफाफा दि. १४ ऑगस्ट, २०२६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता उघडले जातील. दरपत्रक प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणारे सेवा पुरवठादार तांत्रिक लिफाफा उघडण्याच्या वेळी उपस्थित राहू शकतील.
३. ईच्छुक पुरवठादारांनी प्रत्यक्षात Digital Radiography system ची पाहणी करून व योग्य ती खातर जमा करून दि.१७ ऑगस्ट, २०२६ (सायंकाळी ०५.०० वाजेपर्यंत) दरपत्रके मोहोरबंद लिफाफ्यात सादर करावीत.
४. सोबत जोडण्यात आलेल्या Monitor च्या विनिर्दिष्टांच्या अनुषंगाने पुरवठादारांनी तांत्रिक अनुपालन (Technical Compliance) सादर करावे.
५. ईच्छुक पुरवठादारांनी ते पुरवठा करू शकणाऱ्या Monitor च्या तांत्रिक बाबी उलगडून दाखविणारे Brochure सोबत जोडावे.
६. ईच्छुक पुरवठादारांनी सादर केलेल्या तांत्रिक माहितीच्या आधारे (Technical Compliance, Brochure इ.) वापरकर्ता विभागाचे प्रमुख (विभागप्रमुख, क्ष-किरणशास्त्र विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई) तांत्रिकदृष्ट्या पात्र पुरवठादार निश्चित करतील.

७. तांत्रिकदृष्ट्या पात्र पुरवठादारांचे व्यापारी दराचे लिफाफे तांत्रिकदृष्ट्या पात्र पुरवठादारांना आगाऊ सूचनेनंतर उघडण्यात येतील.
८. तांत्रिकदृष्ट्या पात्र पुरवठादारांपैकी न्यूनतम दराचा लिफाफा सादर करणाऱ्या पुरवठादारास/उत्पादकास पुरवठा आदेश निर्गमित करण्यात येतील.
९. तरी, उपरोक्त प्रकरणी अधिष्ठाता, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई यांचे निर्णय अंतिम असतील याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.
१०. पुरवठा आदेशाच्या दिनांकापासून १० दिवसांचे आत Monitor चा पुरवठा होणे अनिवार्य आहे.
११. संबंधित देयक ०३ प्रतीमध्ये गोकुळदास तेजपाल रुग्णालयाच्या प्रशासकीय कार्यालयास सादर करण्यात यावे. Monitor ची Digital Radiography system बरोबर योग्यरीत्या जोडणी झाल्याबाबतचे व Monitor योग्यरीत्या सेवा देत असल्यासंदर्भातील प्रमाणपत्र क्ष-किरण विभागाच्या डॉक्टरांकडून प्राप्त करून घेऊन ते देयकासोबत जोडावे.
१२. देयक सादर केल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांमध्ये देयक अदा करण्यात येईल. परंतु प्रशासकीय कारणास्तव देयक अदा करण्यास विलंब झाल्यास पुरवठादार व्याजाची मागणी करू शकत नाही



डॉ. जितेंद्र देशमुख

अधिष्ठाता,

गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय व शासकीय
वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई

प्रत,

सहयोगी प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, क्ष-किरणशास्त्र विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई -

४०० ००९

दरपत्रक सादर करणाऱ्याने तांत्रिक लिफाफ्या मध्ये सादर करावयाची माहिती (नमुना)

१. कंपनीचे नाव व पत्ता: -----
२. कंपनी पुरवठादार आहे कि उत्पादक: -----
३. कंपनी देऊ करत असलेल्या मॉडेल व ब्रॅण्डचे नाव: -----
४. कंपनीचा / कंपनीच्या प्रतिनिधीचा दूरध्वनी अथवा भ्रमणध्वनी क्रमांक: -----
५. कंपनीचा पॅन क्रमांक: -----
६. कंपनीचा वस्तू व सेवाकर क्रमांक: -----

स्थळ:

दिनांक:

कंपनीच्या प्राधिकृत व्यक्तीची सही, नाव व पद
कंपनीचा शिक्का

Specification	
Panel	
Type	Color (VA)
Backlight	LED
Size	19.0" (48.1 cm)
Native Resolution	1280 x 1024 (5:4 aspect ratio)
Viewable Image Size (H x V)	376.3 x 301.0 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.294 x 0.294 mm
Display Colors	10-bit (DisplayPort): 1.07 billion from a palette of 543 billion (13-bit) colors 8-bit: 16.77 million from a palette of 543 billion (13-bit) colors
Viewing Angles (H/ V, typical)	178° / 178°
Brightness (typical)	350 cd/m ²
Contrast Ratio (typical)	2000:1
Response Time (typical)	10 ms (black-white-black, half cycle)
Video Signals	
Input Terminals	DisplayPort, DVI-D, D-Sub mini 15 pin
Digital Scanning Frequency (H / V)	31 - 64 kHz / 59 - 61 Hz
Analog Scanning Frequency (H / V)	24.8 - 80 kHz / 50 - 75 Hz
Sync Formats	Separate
USB	
Upstream	USB 2.0: Type-B
Power	
Power Input	AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz
Typical Power Consumption	15 W
Maximum Power Consumption	28 W
Standby Mode	0.6 W or less
Sensor	Backlight Sensor
Features & Functions	
Brightness Stabilization	Yes
Digital Uniformity	Yes

Equalizer	
Preset Modes	DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text
OSD Languages	English, German, French, Italian, Japanese, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese
Physical Specifications	
Net Weight	6 kg
Net Weight (Without Stand)	4.2 kg
Hole Spacing (VESA Standard)	100 x 100 mm
Certifications & Standards	CB, CE / UKCA (Medical Device), ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, IEC/EN60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC
FDA	510(k) Clearance for General Radiography
Dedicated Software	
Monitor Quality Control Software RadiCS	Supported
Supplied Accessories	
Signal Cables	DisplayPort (3 m)
Others	AC power cord (3 m), USB Type-A - USB Type-B cable (3 m), Utility Disk (RadiCS LE, PDF installation manual), instructions for use
Warranty	5 Years

[Signature]
31/8/26

[Signature]
31/8/26
Associate Professor & Head
Dept. of Radiology
Govt. Medical College,
(G.T. & CAMA), Mumbai-01.

Frequency (H / V)	
Sync Formats	Separate
USB	
Upstream	USB 2.0: Type-B
Power	
Power Input	AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz
Typical Power Consumption	15 W
Maximum Power Consumption	28 W
Standby Mode	0.6 W or less
Sensor	Backlight Sensor
Features & Functions	
Brightness Stabilization	Yes
Digital Uniformity Equalizer	Yes
Preset Modes	DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text
OSD Languages	English, German, French, Italian, Japanese, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese
Physical Specifications	
Net Weight	6 kg
Net Weight (Without Stand)	4.2 kg

Hole Spacing (VESA Standard)	100 x 100 mm	
Certifications & Standards	CB, CE / UKCA (Medical Device), ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1, IEC/EN60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC	
FDA	510(k) Clearance for General Radiography	
Dedicated Software		
Monitor Quality Control Software RadiCS	Supported	
Supplied Accessories		
Signal Cables	DisplayPort (3 m)	
Others	AC power cord (3 m), USB Type-A - USB Type-B cable (3 m), Utility Disk (RadiCS LE, PDF installation manual), instructions for use	
Warranty	5 Years	